

AeroEclipse[®] XL

Reusable **BAN[®]** Nebulizer
Nebulizador **BAN[®]** reutilizable



Instructions for Use | Instrucciones de uso

Manufactured for:
Monaghan Medical Corp.
Plattsburgh, NY 12901
Tel: +1-800-833-9653
Fax: +1-518-561-5088
customerservice@monaghanmed.com
www.monaghanmed.com

Manufactured by:
Trudell Medical International
725 Baransway Drive
London, Ontario, Canada N5V 5G4

R_x ONLY

Quantity: 1
Reorder No. **69010**



105125-001 Rev G. 2025-03-12. © Registered trademarks of Trudell Medical International (TMI). † Trademarks of respective companies. Copyright © TMI 2013, 2016–2020, 2025. All rights reserved. www.monaghanmed.com

ENGLISH

INDICATIONS FOR USE

The **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer is a single patient, reusable device, intended to be used by patients who are under the care or treatment of a licensed healthcare provider or physician. The device is intended to be used by these patients to administer aerosolized medication prescribed by a physician or healthcare professional. The intended environments for use include the home, hospitals and clinics. The device may be used with a compressor capable of delivering a flow of 2.75 to 8 liters per minute (lpm) under an operating pressure of 15 to 50 pounds per square inch (psi).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

The following statements will be used to draw attention to potential use errors that could cause harm.

NOTE - Indicates information to which the user should pay special attention.

CAUTION - Information for preventing damage to the product or causing personal injury.

WARNING - Important safety information for hazards that could cause serious injury or death.

BEFORE YOU BEGIN

1. This package should contain one reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer with mouthpiece, one **EZ Twist[®]** TUBING and one Instructions for Use. If any parts are missing, please contact the authorized dealer from whom you purchased this unit. To download an electronic copy of this Instructions for Use, visit www.monaghanmed.com.
2. Prior to use, carefully examine the product for foreign objects, damaged or missing parts. If any parts are missing or a defect is noticed, contact the authorized dealer where you originally purchased your reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer.
3. Read your Instructions for Use to be sure you understand all instructions for use, cautions and warnings before starting a nebulizer treatment. If you have questions about the performance or usability of this product, please contact your healthcare professional prior to use.
4. The nebulizer should be replaced after 6 months of use. Be sure to follow the use and cleaning

instructions as outlined in this Instructions for Use, and replace your nebulizer within the timeframe indicated to ensure it functions correctly. Failure to follow the appropriate cleaning instructions may have an adverse affect on device performance.

5. It is recommended that you have an extra nebulizer on hand in the event your nebulizer becomes damaged, lost or otherwise unusable.

SETTING UP YOUR NEBULIZER

For nebulizer part descriptions see Figure 1.

CAUTION: The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer can deliver aerosolized medication in either **BREATH ACTUATED** or **CONTINUOUS** Mode. In **BREATH ACTUATED** Mode, medication is delivered on inspiration only and may result in an increase of the dosage to the lungs. Clinicians should take this information into consideration when determining dosage.

1. Prior to use, inhale and exhale through the Mouthpiece to verify the movement of the **GREEN FEEDBACK BUTTON** located on the top of the device (Fig. 1). The button should move up and down freely. If not, move the **MODE SELECTOR** to the **BREATH ACTUATED** position (▲ – Fig. 2). If the **GREEN FEEDBACK BUTTON** still does not move freely contact your authorized distributor for a new unit.
2. Examine the **MOUTHPIECE** to ensure the **EXHALATION VALVE** is on the bottom, facing down to ensure exhaled breath is directed away from the face.
3. For patients unable to use the **MOUTHPIECE**, the reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer can be used with an optional Mask by removing the **MOUTHPIECE** and inserting the Mask into the **MOUTHPIECE** opening (Fig. 3). The reusable **ComfortSeal[®]** Mask (Fig. 4) has an **ELBOW ADAPTER** that can be inserted directly into the Mouthpiece opening.

NOTE: When using the reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer with a **ComfortSeal[®]** Mask, ensure a secure seal all around the edge of the Mask. Even tiny gaps may allow ambient air to enter the Mask, significantly reducing the amount of medication delivered.

4. Unscrew and remove the **NEBULIZER TOP**. Carefully place prescribed medication into **NEBULIZER CUP** (Fig. 5). The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R**

BAN[®] Nebulizer has a minimum fill of 1 mL and a maximum fill of 6 mL. Reattach the **NEBULIZER TOP**, making sure to line up the **WHITE CYLINDER** with the **STEM** of the **NEBULIZER CUP** and gently hand tighten until a stop is detected, as shown in Figure 6. Ensure nebulizer is kept in an upright position so medication does not spill. (e.g. Use your compressor's nebulizer cup holder).

5. Attach one end of the supplied **EZ Twist[®]** TUBING to the fitting on the bottom of the nebulizer and the other end to your compressed air source. Ensure both ends are securely connected.

NEBULIZER TREATMENT

The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer can be operated in **CONTINUOUS MODE** (constantly producing aerosol) by rotating the **MODE SELECTOR** to the **CONTINUOUS MODE** position (△ – Fig. 2). The nebulizer can be returned to **BREATH ACTUATED** Mode by rotating the **MODE SELECTOR** to the **BREATH ACTUATED** position (▲ – Fig. 2).

- Always follow your healthcare professional's treatment instructions.
- The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer should be used with the **Ombra[®]** Table Top Compressor or an air source capable of delivering a flow of 2.75 to 8 Lpm under an operating pressure of 15 to 50 psi (1.03 to 3.45 bar).
WARNING: Close supervision is necessary when the product is used by or near infants, children or anyone requiring assistance to use the device. It contains parts that may present a choking or strangulation hazard. DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED DURING TREATMENTS.

BREATH ACTUATED MODE

Ensure the **MODE SELECTOR** is in **BREATH ACTUATED** position (▲ – Fig. 2).

1. While sitting in a comfortable, upright position, switch on your compressor.
2. Place the **MOUTHPIECE** in your mouth, ensuring your lips are sealed around the edge. Be careful not to cover the **EXHALATION VALVE** on the bottom of the **MOUTHPIECE**, as doing so will prevent the valve from functioning properly.
3. Inhale slowly and deeply. As you inhale, the **GREEN FEEDBACK BUTTON** on the top of the nebulizer (Fig. 1) will move down, indicating that the reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer is producing aerosol in response to your inhalation.
4. Exhale normally through the device. The valve on the mouthpiece only opens during exhalation to allow air to exit the device. This helps prevent re-breathing of exhaled air. During exhalation, the **GREEN FEEDBACK BUTTON** returns to the up position indicating no aerosol is being produced (Fig. 7).
5. Continue to breathe normally through the device until it begins to make a 'sputter' noise or as instructed by your healthcare professional.
6. Switch off the compressor when finished with your treatment.
NOTE: If you are unable to trigger the device during inhalation (unable to get the **GREEN FEEDBACK BUTTON** to go down when you breathe in) it can be manually operated with your index finger by depressing/releasing the **GREEN FEEDBACK BUTTON** in coordination with your breathing. Alternately, you may switch the device to **CONTINUOUS MODE** (△ – Fig. 2).

CONTINUOUS MODE

Ensure the **MODE SELECTOR** is in **CONTINUOUS** position (△ – Fig. 2).

In **CONTINUOUS** Mode, the nebulizer may be used with the reusable **ComfortSeal[®]** Mask. Refer to 'Setting Up Your Nebulizer', Step 3 on how to properly use a mask with the nebulizer.

1. While sitting in a comfortable, upright position, switch on your compressor.
2. **Mouthpiece:** Place the **MOUTHPIECE** in your mouth, ensuring your lips are sealed around the edge. Be careful not to cover the **EXHALATION VALVE** on the bottom of the **MOUTHPIECE**, as doing so will prevent the valve from functioning properly.
Mask: Place the mask securely over your nose and mouth, ensuring you have a good seal with the edge of the mask and face. Even tiny gaps may affect medication delivery.
3. Inhale slowly and deeply. The **GREEN FEEDBACK BUTTON** will stay down for the duration of the treatment, indicating the device is constantly producing aerosol. (Fig. 7)
4. Exhale normally through the device. The **EXHALATION VALVE** on the **MOUTHPIECE** or Mask will open allowing air to exit the device.

5. Continue to breathe normally through the device until it begins to make a 'sputter' noise or as instructed by your healthcare professional.
6. Switch off the compressor when finished with your treatment.

CLEANING YOUR NEBULIZER

Ensure you clean your nebulizer between each treatment.

- For optimum performance you should replace your nebulizer every 6 months or sooner if it shows signs of damage.

1. PREPARATION

Immediately after each treatment, all parts of the reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer (excluding tubing) must be cleaned of medication residue and contamination.

To do this, disassemble nebulizer as follows:

- 1.1 Rotate the **MODE SELECTOR** to the **BREATH ACTUATED** position before cleaning to ensure free movement of the parts.
- 1.2 Remove the **EZ Twist[®]** TUBING from the bottom of the nebulizer.
- 1.3 Unscrew and remove the **NEBULIZER TOP** and remove **MOUTHPIECE** from the **NEBULIZER CUP**.

CAUTION: Failure to follow manufacturer's cleaning or disinfection instructions may have an adverse effect on device performance. Do not disassemble the product beyond what is recommended in the cleaning instructions or damage may result.

2. AT HOME

Ensure you clean your nebulizer between each treatment.

2.1 RECOMMENDED METHOD

- Wash the three nebulizer parts (excluding tubing) in a solution of warm water and liquid dish detergent for about 5 minutes.
- Rinse in clean, warm water.
- Dry according to instructions in Section 2.3.

2.2 ALTERNATIVE METHOD

- The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer disassembled into its three parts (excluding tubing) may be washed in a dishwasher by securing the nebulizer parts in a basket on the top rack. Wash in a normal wash cycle with dishwasher detergent and a rinse aid if available.
- Dishwashing with overly dirty dishes is not recommended.
- Dry according to instructions in Section 2.3.

2.3 DRYING

- To dry, shake the nebulizer parts to remove any excess water.
- We recommend you briefly reconnect the **EZ Twist[®]** TUBING to the bottom of the nebulizer cup and the compressed air supply to clear the air pathway.
- Allow parts to air dry thoroughly before reassembling.
- The nebulizer components may also be dried with a clean lint-free cloth prior to reassembly.

EZ Twist[®] TUBING


Occasionally you may notice condensation on the inside of your tubing. This is normal. To remove the condensation, simply connect one end of the **EZ Twist[®]** TUBING to a pressurized air source, and allow the air to run without the nebulizer attached. This will force air through the tubing, drying the inside. To clean the exterior, wipe with a damp cloth. Ensure the tubing is dry prior to storage.

3. DISINFECTION INSTRUCTIONS

The reusable **AEROECLIPSE[®] XL R BAN[®]** Nebulizer (excluding tubing) should be disinfected at least every other treatment day using any of the methods listed below.

A. BLEACH

- Prior to disinfection, follow Section 1 and 2 'Cleaning Your Nebulizer'. Do not dry or reassemble the device.
- The three nebulizer parts (excluding tubing) may be soaked in 1:50 bleach to water solution (approximately 1 tablespoon bleach in 3/4 cups water) for 3 minutes. Rinse well with clean water. You may substitute a respiratory equipment disinfectant (such as Milton[†], Dodie[†] or Control III[†]) for the bleach solution by following the manufacturer's instructions for use.
- Dry according to instructions in Section 3.1.



B. BOILING

- Prior to disinfection, follow Section 1 and 2 ‘Cleaning Your Nebulizer’. Do not dry or reassemble the device.
- The three nebulizer parts (excluding tubing) may be boiled in water for 5 to 15 minutes. Place the individual nebulizer parts in the water once it has reached the boiling point. Remove from water and allow to cool.
- Dry according to instructions in Section 3.1.

NOTE: For Cystic Fibrosis patients, guidelines recommend boiling for a full 10 minutes to disinfect.

NOTE: Ensure there is enough water in the pan to avoid contact of the plastic parts with the bottom of the hot pan.

C. MICROWAVE STEAM BAG

- Prior to disinfection, follow Section 1 and 2 ‘Cleaning Your Nebulizer’. Do not dry or reassemble the device.
- The three nebulizer parts (excluding tubing) may be disinfected in the microwave in a steam cleaning bag (i.e. Quick-Clean[†] MicroSteam[†] bag) following the manufacturer’s instructions for use. Remove from bag and allow to cool.
- Dry according to instructions in Section 3.1.

D. ELECTRONIC STEAM STERILIZER

- Prior to disinfection, follow Section 1 and 2 ‘Cleaning Your Nebulizer’. Do not dry or reassemble the device.
- The three nebulizer parts (excluding tubing) may be disinfected using an electronic steam sterilizer for baby bottles, following the manufacturer’s instructions for use (e.g. AVENT Electronic Sterilizer). The disinfection cycle should last approximately 15 minutes. Allow parts to cool.
- Dry according to instructions in Section 3.1.

E. VINEGAR

- Prior to disinfection, follow Section 1 and 2 ‘Cleaning Your Nebulizer’. Do not dry or reassemble the device.
- The three nebulizer parts (excluding tubing) may be soaked in 1:3 vinegar to water solution (approximately 1 cup vinegar to 3 cups water) for 1 hour. Rinse well with clean water.
- Dry according to instructions in Section 3.1.

3.1 DRYING

- To dry, shake the nebulizer parts to remove any excess water.
- We recommend you briefly reconnect the **EZ Twist®** TUBING to the bottom of the nebulizer cup and the compressed air supply to clear the air pathway.
- Allow parts to air dry thoroughly before reassembling.
- The nebulizer components may also be dried with a clean lint-free cloth prior to reassembly.

4. STORAGE

- Reattach the **NEBULIZER TOP**, making sure to line up the **WHITE CYLINDER** with the **STEM** of the **NEBULIZER CUP** and gently hand tighten until a stop is detected.
- Reattach the **MOUTHPIECE** to the device with the **EXHALATION VALVE** facing down.
- Nebulizer components should be stored together (with tubing) in a dry, dust-free place avoiding continuous exposure to direct sunlight.

CONTRAINDICATION

This device has not been tested for use with Pentamidine.

SINGLE PATIENT USE

This device is intended for single patient use (one patient only). The device should be replaced after 6 months or immediately if components are cracked or the nebulizer does not function properly.

DISPOSAL

The nebulizer components used can be disposed of with domestic waste unless this is prohibited by the disposal regulations prevailing in your State.

NOTES

This device has not been made (or manufactured) with BPA (Bisphenol A) or Latex.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

El nebulizador ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** es un dispositivo reutilizable para un solo paciente, destinado a pacientes que están bajo el cuidado de un médico o profesional de la salud autorizado. El dispositivo está diseñado con el objetivo de que estos pacientes lo utilicen para administrarse un medicamento en aerosol recetado por un médico o un profesional de la salud. Los entornos de uso previsto son el doméstico, el hospitalario y el clínico. El dispositivo se puede utilizar con un compresor con capacidad para suministrar un flujo de 2,75 lpm a 8 lpm (litros por minuto) bajo una presión de funcionamiento de 15 psi a 50 psi (libras por pulgada cuadrada).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Los siguientes enunciados se utilizarán para que se preste atención a los posibles errores de uso que podrían ocasionar daños.

NOTA - Indica la información a la cual el usuario debe prestar especial atención.

PRECAUCIÓN - Información para prevenir daños al producto o lesiones personales.

ADVERTENCIA - Información importante de seguridad sobre riesgos que podrían causar lesiones graves o la muerte.

ANTES DE COMENZAR

- Este empaque debe contener un nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** con boquilla, un **TUBO *EZ Twist®*** y las instrucciones de uso. Si falta alguna pieza, comuníquese con el distribuidor autorizado al que le compró esta unidad. Para descargar una copia electrónica de estas instrucciones de uso, visite www.monaghanmed.com.
- Antes de su uso, examine cuidadosamente el producto para verificar que no haya objetos extraños ni piezas dañadas o faltantes. Si falta alguna pieza o se observa algún defecto, comuníquese con el distribuidor autorizado donde compró originalmente su nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®***.
- Lea las Instrucciones de uso para asegurarse de comprender todas las instrucciones de uso, las precauciones y las advertencias antes de comenzar un tratamiento con el nebulizador. Si tiene preguntas acerca del funcionamiento o el uso de este producto, comuníquese con su profesional de la salud antes de usarlo.
- El nebulizador debe reemplazarse después de 6 meses de uso. Asegúrese de seguir las instrucciones de uso y limpieza detalladas en estas Instrucciones de uso, y reemplace su nebulizador dentro del plazo indicado para asegurar que funcione correctamente. No seguir las instrucciones de limpieza correspondientes puede afectar en forma adversa el funcionamiento del dispositivo.
- Se recomienda que tenga un nebulizador adicional a mano en caso de que su nebulizador se dañe, se pierda o se vuelva de alguna manera inutilizable.

CONFIGURACIÓN DE SU NEBULIZADOR

Para consultar las descripciones de las piezas del nebulizador, vea la Figura 1.

PRECAUCIÓN: Con el nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** se puede administrar el medicamento en aerosol tanto en el modo de **ACCIONAMIENTO POR RESPIRACIÓN** como en el modo **CONTINUO**. En el modo de **ACCIONAMIENTO POR RESPIRACIÓN**, el medicamento se administra solo mediante la inspiración y puede provocar un aumento de la dosis en los pulmones. Los médicos deben tener en cuenta esta información al momento de determinar la dosis.

- Antes de usarlo, inhale y exhale por la boquilla para verificar el movimiento del **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE**, que se encuentra en la parte superior del dispositivo (Fig. 1). El botón debe moverse hacia arriba y abajo con facilidad. De lo contrario, mueva el **SELECTOR DE MODO** hasta la posición de **ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN** (☸ – Fig. 2). Si el **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** continúa sin moverse con facilidad, comuníquese con su distribuidor autorizado para obtener una nueva unidad.
- Examine la **BOQUILLA** para asegurar que la **VÁLVULA DE EXHALACIÓN** se encuentra en la parte inferior, dirigida hacia abajo, a fin de garantizar que el aire exhalado se aleje de la cara.

- En el caso de los pacientes que no puedan utilizar la **BOQUILLA**, el nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** puede utilizarse con una mascarilla opcional retirando la **BOQUILLA** e insertando la mascarilla en la abertura de la **BOQUILLA** (Fig. 3). La mascarilla reutilizable ***ComfortSeal®*** (Fig. 4) tiene un **ADAPTADOR DE CODO** que puede insertarse directamente en la abertura de la boquilla.

NOTA: Cuando utilice el nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** con una mascarilla ***ComfortSeal®***, asegúrese de que todo el borde de la mascarilla esté bien sellado. El aire del ambiente puede entrar en la mascarilla incluso por los espacios más pequeños, lo que reduce significativamente la cantidad de medicamento que se administra.
- Desenrosque y quite la **PORTE SUPERIOR DEL NEBULIZADOR**. Coloque cuidadosamente el medicamento recetado en el **RECIPIENTE DEL NEBULIZADOR** (Fig. 5). El nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** tiene un llenado mínimo de 1 ml y un llenado máximo de 6 ml. Vuelva a colocar la **PORTE SUPERIOR DEL NEBULIZADOR** y asegúrese de alinear el **CILINDRO BLANCO** con el **VÁSTAGO del RECIPIENTE DEL NEBULIZADOR** y apriételo suavemente con la mano hasta que detecte un tope, como se muestra en la Figura 6. Asegúrese de mantener el nebulizador en posición vertical para que no se derrame el medicamento. (Por ejemplo, utilice el soporte del recipiente del nebulizador de su compresor).
- Conecte un extremo del **TUBO** suministrado ***EZ Twist®*** al conector que se encuentra en la parte inferior del nebulizador y el otro extremo a su fuente de aire comprimido. Asegúrese de que ambos extremos estén conectados de manera segura.

TRATAMIENTO CON EL NEBULIZADOR

El nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XLRBAN®*** puede funcionar en **MODO CONTINUO** (producción constante de aerosol) girando el **SELECTOR DE MODO** a la posición **MODO CONTINUO** (Δ – Fig. 2). El nebulizador puede colocarse nuevamente en el modo **ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN** haciendo girar el **SELECTOR DE MODO** hasta la posición de **ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN** (☸ – Fig. 2).

- Respete siempre las instrucciones de tratamiento indicadas por su profesional de atención de la salud.
- El nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** se debe utilizar con compresor de mesa ***Ombra®*** o con una fuente de aire con capacidad para suministrar un flujo de entre 2,75 lpm y 8 lpm bajo una presión de funcionamiento de entre 15 psi y 50 psi (entre 1,03 bar y 3,45 bar).

ADVERTENCIA Se requiere una estrecha supervisión cuando el producto se emplea en lactantes, niños o cualquier persona que necesite asistencia para el uso del dispositivo, o cuando se emplee cerca de ellos. Contiene piezas que pueden generar riesgo de asfixia o estrangulación. NO DEJE A LOS NIÑOS SIN ATENCIÓN DURANTE LOS TRATAMIENTOS.

MODO ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN

Asegúrese de que el **SELECTOR DE MODO** se encuentre en la posición de **ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN** (☸ – Fig. 2).

- Mientras permanece sentado en una posición erguida y cómoda, encienda su compresor.
- Colóquese la **BOQUILLA** en la boca y mantenga los labios sellados contra el borde. Tenga cuidado de no cubrir la **VÁLVULA DE EXHALACIÓN** que se encuentra en la parte inferior de la **BOQUILLA**, ya que si esto sucede, impedirá que la válvula funcione adecuadamente.
- Inhale de manera lenta y profunda. A medida que inhala, el **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** situado en la parte superior del nebulizador (Fig. 1) se moverá hacia abajo, lo que indica que el nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** está produciendo aerosol en respuesta a su inhalación.
- Exhale con normalidad a través del dispositivo. La válvula en la boquilla se abre únicamente durante la exhalación para permitir que el aire salga del dispositivo. Esto ayuda a evitar que vuelva a respirar el aire exhalado. Durante la exhalación, el **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** regresa a la posición superior, lo que indica que no se está produciendo aerosol (Fig. 7).
- Continúe respirando con normalidad a través del dispositivo hasta que comience a emitir sonidos “crepitantes” o según le indique su profesional de atención de la salud.

- Apague el compresor cuando finalice su tratamiento.

NOTA: Si no puede activar el dispositivo durante la inhalación (no puede hacer que el **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** se dirija hacia abajo al inhalar), puede operarlo manualmente con el dedo índice presionando/liberando el **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** en coordinación con su respiración. Como alternativa, puede cambiar el modo del dispositivo a **MODO CONTINUO** (Δ – Fig. 2).

MODO CONTINUO

Asegúrese de que el **SELECTOR DE MODO** se encuentre en la posición de **CONTINUO** (Δ – Fig. 2).

En el modo **CONTINUO**, el nebulizador puede emplearse con la máscara reutilizable ***ComfortSeal®***. Consulte la sección “Configuración de su nebulizador”, paso 3, acerca de cómo utilizar adecuadamente una máscara con el nebulizador.

- Mientras permanece sentado en una posición erguida y cómoda, encienda su compresor.
- Boquilla:** Colóquese la **BOQUILLA** en la boca y mantenga los labios sellados contra el borde. Tenga cuidado de no cubrir la **VÁLVULA DE EXHALACIÓN** que se encuentra en la parte inferior de la **BOQUILLA**, ya que si esto sucede, impedirá que la válvula funcione adecuadamente.

Máscara: Coloque la máscara firmemente sobre la nariz y la boca, asegurando que el borde de la máscara quede bien sellado contra la cara. Incluso los resquicios más pequeños pueden afectar el suministro del medicamento.
- Inhale lenta y profundamente. El **BOTÓN DE REALIMENTACIÓN VERDE** permanecerá abajo durante todo el tratamiento, lo que indica que el dispositivo está produciendo aerosol en forma constante. (Fig. 7)
- Exhale con normalidad a través del dispositivo. La **VÁLVULA DE EXHALACIÓN** en la **BOQUILLA** o la máscara se abrirá para permitir que el aire salga del dispositivo.
- Continúe respirando con normalidad a través del dispositivo hasta que comience a emitir sonidos “crepitantes” o según le indique su profesional de atención de la salud.
- Apague el compresor cuando finalice su tratamiento.

LIMPIEZA DE SU NEBULIZADOR

Asegúrese de limpiar su nebulizador entre un tratamiento y otro.

- Para un desempeño óptimo, debe reemplazar su nebulizador cada 6 meses o con anterioridad si muestra signos de daño.

1. PREPARACIÓN

Inmediatamente después de cada tratamiento, todas las piezas del nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** (a excepción del tubo) deben limpiarse de residuos de medicamento y contaminación.

Para ello, desarme el nebulizador de la siguiente manera:

1.1 Gire el **SELECTOR DE MODO** hasta la posición de **ACCIONADO POR LA RESPIRACIÓN** antes de la limpieza, a fin de asegurar que las piezas se muevan con libertad.

1.2 Retire el **TUBO *EZ Twist®*** de la parte inferior del nebulizador.

1.3 Desenrosque y retire la **PORTE SUPERIOR DEL NEBULIZADOR**, y retire también la **BOQUILLA del RECIPIENTE DEL NEBULIZADOR**.

PRECAUCIÓN: No seguir las instrucciones de limpieza o desinfección establecidas por el fabricante puede afectar en forma adversa el funcionamiento del dispositivo. No desarme el producto más allá de lo recomendado en las instrucciones de limpieza; de lo contrario, podría dañarse.

2. EN EL HOGAR

Asegúrese de limpiar su nebulizador entre un tratamiento y otro.

2.1 MÉTODO RECOMENDADO

- Lave las tres piezas del nebulizador (excluido el tubo) en una solución de agua tibia y detergente líquido para vajilla durante alrededor de 5 minutos.
- Enjuague con agua tibia y limpia.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 2.3.

2.2 MÉTODO ALTERNATIVO

- El nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** desmontado en sus tres partes (a excepción del tubo) puede lavarse en un lavavajillas colocando las partes del nebulizador en una cesta en la rejilla superior. Lave en un ciclo de lavado normal con detergente para lavavajillas y, si es posible, un abrillantador.
- No se recomienda lavar junto con platos que estén demasiado sucios.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 2.3.

2.3 SECADO

- Para secarlas, agite las piezas del nebulizador para quitar el exceso de agua.
- Recomendamos que vuelva a conectar brevemente el **TUBO *EZ Twist®*** a la parte inferior del recipiente del nebulizador y al suministro de aire comprimido para despejar la vía aérea.
- Deje que las piezas se sequen al aire por completo antes de volver a ensamblarlas.
- Los componentes del nebulizador también pueden secarse con un paño limpio que no deje pelusa antes de reensamblar el dispositivo.

TUBO *EZ Twist®*

En ocasiones es posible que note condensación en el interior del tubo. Esto es normal. Para eliminar la condensación, simplemente conecte un extremo del **TUBO *EZ Twist®*** a una fuente de aire presurizada, y permita que fluya el aire sin conectar el nebulizador. Esto hará que el aire se impulse a través del tubo y seque su interior. Para limpiar el exterior, pase un paño húmedo. Asegúrese de que el tubo esté seco antes de guardarlo.

3. INSTRUCCIONES PARA LA DESINFECCIÓN

El nebulizador reutilizable ***AEROECLIPSE® XL R BAN®*** (a excepción del tubo) debe desinfectarse al menos cada dos días de tratamiento utilizando cualquiera de los métodos que se indican a continuación.

A. BLANQUEADOR

- Antes de la desinfección, siga las Secciones 1 y 2 “Limpieza de su nebulizador”. No seque ni vuelva a armar el dispositivo.
- Las tres piezas del nebulizador (excluido el tubo) pueden sumergirse en una solución de blanqueador y agua en una proporción 1:50 (aproximadamente 1 cucharada de blanqueador en 3¼ tazas de agua) durante 3 minutos. Enjuague bien con agua limpia. La solución con blanqueador puede reemplazarse por un desinfectante para equipos respiratorios (como Milton[†], Dodie[†] o Control III[†]) siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.

- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 3.1.

B. HERVOR

- Antes de la desinfección, siga las Secciones 1 y 2 “Limpieza de su nebulizador”. No seque ni vuelva a armar el dispositivo.
- Las tres partes del nebulizador (a excepción del tubo) pueden hervirse en agua durante entre 5 minutos y 15 minutos. Coloque las piezas individuales del nebulizador en el agua una vez que haya alcanzado el punto de ebullición. Retírelas del agua y deje que se enfrien.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 3.1.

NOTA: Para los pacientes con fibrosis quística, las pautas recomiendan hervir durante 10 minutos completos para desinfectar las piezas.

NOTA: Asegúrese de que haya suficiente agua en la olla para evitar el contacto de las piezas de plástico con la parte inferior de la olla caliente.

C. BOLSA DE VAPOR PARA MICROONDAS

- Antes de la desinfección, siga las Secciones 1 y 2 “Limpieza de su nebulizador”. No seque ni vuelva a armar el dispositivo.
- Las tres piezas del nebulizador (excluido el tubo) pueden desinfectarse en el microondas en una bolsa de limpieza con vapor (por ejemplo, la bolsa Quick-Clean[†] MicroSteam[†]) siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. Retire las piezas de la bolsa y déjelas enfriar.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 3.1.

D. ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DE VAPOR

- Antes de la desinfección, siga las Secciones 1 y 2 “Limpieza de su nebulizador”. No seque ni vuelva a armar el dispositivo.
- Las tres piezas del nebulizador (excluido el tubo) pueden desinfectarse mediante un esterilizador electrónico de vapor para biberones, siguiendo las instrucciones de uso del fabricante (por ejemplo, el esterilizador electrónico AVENT). El ciclo de desinfección debe durar aproximadamente 15 minutos. Deje enfriar las piezas.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 3.1.

E. VINAGRE

- Antes de la desinfección, siga las Secciones 1 y 2 “Limpieza de su nebulizador”. No seque ni vuelva a armar el dispositivo.
- Las tres piezas del nebulizador (excluido el tubo) pueden sumergirse en una solución de vinagre y agua en una proporción 1:3 (aproximadamente 1 taza de vinagre en 3 tazas de agua) durante 1 hora. Enjuague bien con agua limpia.
- Seque de acuerdo con las instrucciones de la Sección 3.1.

3.1 SECADO

- Para secarlas, agite las piezas del nebulizador para quitar el exceso de agua.
- Recomendamos que vuelva a conectar brevemente el **TUBO *EZ Twist®*** a la parte inferior del recipiente del nebulizador y al suministro de aire comprimido para despejar la vía aérea.
- Deje que las piezas se sequen al aire por completo antes de volver a ensamblarlas.
- Los componentes del nebulizador también pueden secarse con un paño limpio que no deje pelusa antes de reensamblar el dispositivo.

4. CONSERVACIÓN

- Vuelva a conectar la **PORTE SUPERIOR DEL NEBULIZADOR**, asegurándose de alinear el **CILINDRO BLANCO** con el **VÁSTAGO del RECIPIENTE DEL NEBULIZADOR**, y ajuste suavemente a mano hasta detectar el punto de detención.
- Vuelva a conectar la **BOQUILLA** al dispositivo con la **VÁLVULA DE EXHALACIÓN** dirigida hacia abajo.
- Los componentes del nebulizador deben guardarse juntos (con el tubo) en un lugar seco y sin polvo, evitando la exposición continua a la luz solar directa.

CONTRAINDICACIÓN

Este dispositivo no ha sido probado para uso con pentamida.

USO PARA UN SOLO PACIENTE

Este dispositivo está destinado al uso para un solo paciente (únicamente en pacientes individuales). El dispositivo debe reemplazarse después de 6 meses o inmediatamente si los componentes están rotos o el nebulizador no funciona correctamente.

DESECHO

Los componentes utilizados del nebulizador pueden desecharse con los residuos domésticos, a menos que lo prohíban las reglamentaciones sobre desechos vigentes en su estado.

NOTAS

Este dispositivo no fue hecho (ni fabricado) con BPA (bisfenol A) ni látex.